



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
**«Государственный региональный центр стандартизации,
 метрологии и испытаний в Красноярском крае,
 Республике Хакасия и Республике Тыва»**



КРАСНОЯРСКИЙ
ЦСМ

СЕРТИФИКАТ

о калибровке

№ 045009316

Средство измерений

Линейка масштабная оценочная

наименование, тип, модификация

заводской номер (номера)

205177

принадлежащее

Масленников Александр Павлович ИП, ИНН 246518032557

(наименование юридического (физического) лица, ИНН)

в соответствии с

документом "Линейки масштабные. Методика проведения калибровочных

наименование документа, на основании которого выполнена калибровка

испытаний", утвержденным 01.05.2019 г.

с применением эталонов:

Государственный эталон единицы длины 2 разряда в диапазоне

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии)

значений от 0 до 1000 мм, рег. № 3.1.ZAШ.0020.2014; Государственный рабочий эталон единицы

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при калибровке

длины в диапазоне значений от 0 до 200 мм, рег. № 3.1.ZAШ.0734.2018

при следующих значениях влияющих факторов:

температура окружающего воздуха 22,0 °С;

приводится перечень влияющих факторов

относительная влажность окружающего воздуха 41,9 %; атмосферное давление 740,3 мм рт. ст.

нормированных в документе на методику калибровки, с указанием значений

Знак калибровки



Начальник отдела

должность руководителя подразделения

[Signature]

подпись

Т. Н. Краснова

инициалы, фамилия

А. В. Бейльман

инициалы, фамилия

Инженер по метрологии 2 категории

должность лица, проводившего калибровку

[Signature]

подпись

Дата калибровки

«10» июня 2019 г.

Система менеджмента качества сертифицирована с декабря 2010г.
 Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
 сертифицирована с декабря 2013г.

СЕРТИФИКАТ
 РОСС RU ФК48.К00153
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015
 ГОСТ Р 54934-2012/
 OHSAS 18001:2007

000717

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ

Диапазон измерений от 0 до 200 мм.

Ширина линейки 65,13 мм.

Наименование интервала
шкалы линейки, мм

Полученное значение длины интервала
шкалы линейки, мм:


0 - 60	60,1
0 - 120	119,9
0 - 200	199,8

Номинальные значения
отверстий, мм

Полученные размеры
отверстий, мм

10	Ø9,69
15	Ø14,70
20	Ø19,78
20	19,74x19,52
15	14,85x14,58
10	9,65x9,52

Начальник отдела



Т. Н. Краснова

Инженер по метрологии 2 категории



А. В. Бейльман

Владелец средства измерений

Масленников Александр Павлович ИП, ИНН 246518032557

Заявка № КРУ000022556 от 17.05.2019

ФБУ «Красноярский ЦСМ», 660064, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1А
тел.: 8 (391) 236-30-80 (многоканальный), факс: 8 (391) 236-12-94,
e-mail: csm@krascsm.ru, www.krascsm.ru